

Используется стерильная упаковка

Указания по применению

Современный уход за пациентами требует, чтобы мониторинг температуры тела был неотъемлемой частью любых физиологических измерений в операционной, отделении интенсивной терапии, реанимации или скорой помощи. Мед-Линк предлагает полную линейку стерильных температурных зондов для измерения температуры тела ваших пациентов, находящихся в критическом состоянии.

Модель: Смотрите этикетку.

Совместимость: Смотрите этикетку.

Срок годности: 2 года.

Технические характеристики

Диапазон температур: от 25 °C до 45 °C

Точность: ±0.1 °C от 25 °C до 45 °C.

Температурное ограничение: Рабочая температура: от +5 °C до +40 °C; Хранение/транспортировка: от -20 °C до +55 °C

Допустимая относительная влажность окружения (эксплуатация/хранение/транспортировка): 0 ~ 95%

Ограничение атмосферного давления (эксплуатация/хранение/транспортировка): 86kPa ~ 106kPa

Применение: Используется в сочетании с медицинским оборудованием для измерения и передачи сигнала температуры тела пациента.

Противопоказания: Не применяйте данное изделие на участке с повреждением тканей.



Внимание: Федеральный закон (США) ограничивает продажу этого устройства врачом или по его указанию.

Инструкция по эксплуатации:

- 1) Выберите подходящий температурный зонд в соответствии с формой тела пациентов;
- 2) Убедитесь, что упаковка не повреждена, разорвите упаковку и извлеките температурный зонд;
- 3) Проверьте совместимость зонда, чтобы убедиться, что оборудование совместимо с зондом;
- 4) Полностью высушите поверхность кожи, на которой будет размещен зонд. Предпочтительным местом измерения является подкожная впадина (как показано на рисунке ниже).
- 5) Отклейте разделительную бумагу на зонде и наклейте зонд на предварительно высушенное место. Если рядом находится источник теплового излучения, необходимо накрыть зонд отражающей наклейкой, чтобы излучение не повлияло на точность измерений зонда.
- 6) Расположите кабель в таком месте, чтобы он не мешал проведению измерений и обеспечивал безопасность пациента.
- 7) Подключите разъем температурного зонда к температурному интерфейсу оборудования для мониторинга.
- 8) Для получения правильных показаний требуется не менее 5 минут; по истечении времени реакции можно проводить мониторинг температуры пациента.
- 9) Обратитесь к руководству по эксплуатации контрольного оборудования для получения информации о конкретных процедурах работы.
- 10) Положение зонда следует проверять как минимум каждые 4 часа, чтобы убедиться в правильности и надежности его установки.



Внимание:

- Если зонд не может четко отследить температуру, это означает, что он установлен неправильно или в неподходящем месте. В случае вышеуказанной ситуации измените положение зонда или выберите другой тип зонда.
- Обращайтесь с прибором осторожно. Не тяните за стык между кабелем и штекером, а также за стык между кабелем и чувствительным элементом.
- Не скручивайте провода в узел или плотный комок. Не сматывайте провода и не подвешивайте их на оборудовании.
- Если температурный зонд или дополнительный соединительный кабель повреждены или пришли в негодность, их следует немедленно утилизировать в соответствии с порядком обращения с медицинскими отходами, установленным местным учреждением или согласно местным правилам.
- Обычно показатели температуры тела отличаются от показателей температуры кожи.
- Данный зонд может использоваться только под наблюдением врача или медицинского работника и может быть подключен только к совместимому монитору пациента.

Внимание: Обязательно прочтите все следующие предупреждения.

- Не вносите никаких изменений или модификаций в данный прибор, так как это повлияет на его характеристики, включая точность.
- Не кипятите и не стерилизуйте в автоклаве.
- Стерильный зонд является предметом одноразового использования. Не используйте его повторно. Не применяйте зонд повторно к другому пациенту во избежание перекрестной инфекции.

- Используйте температурные зонды только под непосредственным руководством уполномоченных и обученных медицинских работников.
- Перед использованием очистите и продезинфицируйте соответствующий соединительный кабель.
- Проверьте и замените поврежденный или неисправный температурный зонд и дополнительный соединительный кабель перед использованием.
- Используйте эти зонды в соответствии с правилами применения, рекомендованными вашим медицинским учреждением.
- Во избежание травмирования пациента: Не применяйте эти температурные зонды к пациентам, проходящим процедуры магнитно-резонансной томографии (МРТ). Всегда обращайтесь на предупреждающую информацию при установке или снятии температурного зонда с пациента. При установке зондов и кабелей избегайте ситуаций, в которых пациент может запутаться, что может привести к удушью или к нарушению кровообращения пациента. При установке зондов и кабелей избегайте ситуаций, когда они могут опутать вену и ограничить венозный поток.

Предупреждение о радиочастотах и электрохирургии (ЭХУ)

Проверка электромагнитной совместимости (ЭМС) включает в себя тестирование в соответствии с международными стандартами ЭМС для медицинских приборов. Для получения дополнительной информации смотрите описание производителя.

Все подключенные к пациенту проводные датчики, включая температурные зонды, подвержены ошибкам считывания, локальному нагреву и возможному повреждению из-за помех, создаваемых высокоплотными источниками радиочастотной энергии. Электрохирургическое (ЭХУ) оборудование представляет собой один из таких источников. Емкостной ток может образовать цепь заземления через кабель зонда и соответствующие инструменты, что может привести к ожогам пациента.

Поэтому, по возможности, отсоедините зонд от пациента перед тем, как войти в хирургическую операционную или столкнуться с другими источниками радиочастотного излучения. Если зонд необходимо использовать вместе с электрохирургическим оборудованием, тщательно проверьте, имеет ли подключенное к зонду оборудование контур заземления, независимый от источника РЧ-излучения. Снизьте опасность, выбрав точку контроля температуры между используемым зондом и обратным контуром вдали от предполагаемого РЧ-контура.

Утилизация

Отходы электрического и электронного оборудования должны утилизироваться в соответствии с местными действующими нормами, а не с нормами утилизации бытовых отходов.

Если у вас есть вопросы касательно данной информации, свяжитесь с местным представителем.

Примечание: *Все зарегистрированные торговые марки и фирменные стили, упомянутые в данной информации, всегда принадлежат владельцам оригинальных продуктов.

Шэньчжэнь, Мед-Линк Электроник Тек Корпорэйшен, Ltd.
4 и 5 Этаж, Здание 2, Промышленная зона Хуалянь, Община Синьши, Улица Далан, Район Лонхуа,
518109 Шэньчжэнь, КНР
E-mail: sales@med-linket.com

Шанхайская международная холдинговая корпорация ГмБХ (Европа) Эйфештрассе 80, 20537 Гамбург, Германия
Тел: +49-40-2513175 Факс: +49-40-255726
Ответственное лицо в Великобритании: ЗАО "Лотос Глобал" Адрес: 23, ул. Мэйн-стрит, г. Реддинг, RG2 6AG, Англия, Великобритания Тел: 0044-20-70961611

На изделии или на маркировке изделия могут встречаться следующие символы:

См. руководство по эксплуатации/буклет	Sterilized using ethylene oxide	Не содержит натурального каучукового латекса	Ограничения по температуре хранения	Ограничение влажности при хранении	Ограничение атмосферного давления	Не использовать повторно
Защита от вертикально падающих капель воды	Тип ВФ применяемых деталей	Код Партии	Медицинское оборудование	Дата изготовления	Уникальное Устройство Идентификатор	Номер модели